

有限会社 きたもつく 御中

〒377-1412
 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-1360
 Tel. 0279-84-6633 Fax. 0279-84-3533

株式会社食環境衛生研究所
 〒379-2107
 群馬県前橋市荒口町561-21
 TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
 登録衛生検査所 第41号
 計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.14080411
 受付日: 2014年8月4日
 報告日: 2014年8月5日
 検体名: 薪

測定日: 2014年8月4日
 測定方法: ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
 CANBERRA社 GC2020-7500SL-2002CSL

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

| 核種 | 放射性物質濃度 | 単位 | 基準値(Bq/kg) |
|-----------------------------|------------|-------|------------|
| ¹³¹ I (ヨウ素131) | 検出せず(<3.7) | Bq/kg | - |
| ¹³⁴ Cs (セシウム134) | 6.7 | Bq/kg | - |
| ¹³⁷ Cs (セシウム137) | 21 | Bq/kg | |
| | | | |
| | | | |

- 1) 検査の結果、放射性物質濃度が測定下限値未満の場合は、「検出せず(<測定下限値)」と表記
- 2) 結果については、減衰補正を行わない

検査担当者: 岩崎 検査責任者: 松本